

## 更新医療機器一覧(案)

No.	品目	配備数量	主な機能
1	監視除細動	1	(1) マニュアルモード及びAED(半自動)モード (2) 心電図は7誘導(5点式)以上 (3) ペーシング機能及びSpO2機能付
2	搬送用心電図モニタ	1	(1) 心電図、呼吸、SpO2、非観血血圧が測定可能 (2) 心電図は3電極法または6電極法 (3) 最高、最低、平均が測定可能
3	搬送用人工呼吸器	1	(1) 強制換気モード(IPPV)に切り替え可能 (2) 呼吸回数、分時換気量の設定が可能 (3) 気道内圧上限Pmaxの設定が可能 (4) 酸素駆動が可能
4	携帯型超音波	1	(1) 表示モードはBモード、カラードプラモード (2) 調整機能はnearゲイン、farゲイン、ゲイン(全体) (3) 画面表示は5インチTFT液晶表示、ブライツネス/コントラスト調整 (4) 画像記録は任意の画像記録及び再生 (5) 計測機能は距離
5	ポータブル血液分析器	1	(1) 以下の測定が可能 Na、K、Cl、iCa、pH、Pco2、Po2、Hct、HCO3、Tco2、So2、BE、AG (2) 測定時間は3分以内 (3) 新生児及び乳児にも使用が可能
6	輸液ポンプ	1	(1) 輸液流量設定モードは滴数制御及びJCモード (2) 点滴数、輸液流量、積算量の表示が可能 (3) 気泡センサー感度が切り替え可能
7	充電式吸引器	1	(1) 最大吸引圧850mmhg以上 (2) AC及びDC駆動が可能 (3) DC連続稼働70分以上
8	低圧持続吸引ユニット	1	(1) 設定吸引圧・最大流量 -1~-50hPa 2.0L/分以上 (2) AC及びDC駆動が可能 (3) DC連続稼働60分以上